

Разъяснения к вопросам участников проведения конкурентного отбора

№9/КО/2021

на поставку реактивов и расходных материалов для КДЛ  
для нужд ООО «Медсервис» в 2022 году

№ п/п	Вопрос участника по конкурентному отбору	Ответ Заказчика по конкурентному отбору
1	<p>По позиции №1 лота №10 предмет договора: Поставка расходного материала для ПЦР лаборатории для нужд ООО «Медсервис» в 2022 году (ГПП п.380) установлены следующие характеристики: Длина наконечника 32 мм Наличие фаски на наконечнике. Просим разъяснить могут ли быть предложены к поставке наконечники без фаски. Предлагаемая длина наконечника 31,59 мм.</p>	<p>Могут быть предложены наконечники без фаски, длиной наконечника 31,59 мм.  Наконечники должны быть совместимы с автоматическими дозаторами любых производителей.</p>
2	<p>По позиции №2 лота №10 предмет договора: Поставка расходного материала для ПЦР лаборатории для нужд ООО «Медсервис» в 2022 году (ГПП п.380) установлены следующие характеристики: Длина наконечника 52мм Диаметр в самой широкой части 8,7 мм Просим разъяснить могут ли быть предложены к поставке наконечники без фаски. С длиной наконечника 50,46 мм С диаметром в самой широкой части 7,3 мм.</p>	<p>Могут быть предложены наконечники без фаски, длиной наконечника 50,46 мм, диаметром в самой широкой части 7,3 мм.  Наконечники должны быть совместимы с автоматическими дозаторами любых производителей.</p>
3	<p>По позиции №3 лота №10 предмет договора: Поставка расходного материала для ПЦР лаборатории для нужд ООО «Медсервис» в 2022 году (ГПП п.380) установлены следующие характеристики: Длина наконечника 32 мм Наличие фаски на наконечнике Просим разъяснить могут ли быть предложены к поставке наконечники без фаски. С длиной наконечника 31,59 мм</p>	<p>Могут быть предложены наконечники без фаски, длиной наконечника 31,59 мм.  Наконечники должны быть совместимы с автоматическими дозаторами любых производителей.</p>